

## BẢNG NIÊM YẾT GIÁ TRẠNG THIẾT BỊ Y TẾ

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN

Địa chỉ: 253/14 Hà Huy Giáp, Khu phố 3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

SĐT: 02822 123 005

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Chủng loại	Ký mã hiệu	Hãng/ Nước sản xuất	Hãng/ Nước chủ sở hữu	Đơn vị tính	Quy cách đóng gói	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Giá niêm yết (VNĐ)
1	Quả lọc thận nhân tạo	Hollow Fiber Dialyzer	Hollow Fiber Dialyzer	DIA19H	Vital Healthcare SDN. BHD , Malaysia	Vital Healthcare SDN. BHD , Malaysia	Cái	24 cái/thùng	Màng lọc Highflux, chất liệu Polyethersulfone không giãn nở khi tiếp xúc với máu và hóa chất bảo quản, không gây dị ứng, phản ứng sốt, rét, TMP Max 500mm Hg; diện tích màng 1.9m <sup>2</sup> . Tiệt trùng bằng tia Gamma. Vỏ và nắp làm bằng nhựa PC (Polycarbonate), độ bền cao.	550.803

TP.HCM, ngày 01 tháng 07 năm 2024

Đại diện công ty

Phó giám đốc



HUỲNH THỊ MỸ LINH